

Ruhr-Universität Bochum – Verteilung des CLINITEST® Rapid-COVID-19-Antigen Self-Test:

Dieses Testprodukt hat die Zulassung vom BfArM als Laientest und wird von der Postlogistik in Originalpackungen für 20 Tests ausgeliefert.

Die Originalpakete sollen an zwei Mitarbeiter*innen abgegeben werden, die sich das Paket aufteilen müssen. Zuvor die Hände gründlich waschen und eine medizinische Gesichtsmaske tragen.

Test-Ration je Mitarbeiter*in:

- 10 Tupfer (1),
- 10 Testkassetten (3),
- 10 Teströhrchen mit 10 Pipetten-Kappen (4) (in den beigefügten Plastikbeutel geben)
- 1 Fläschchen mit dem Extraktionspuffer (2) (*Geöffnete Flasche bei sachgemäßer Lagerung (2–30°C, geschlossener Verschluss) bis zu 2 Jahre stabil*).
- QR-Code für Handlungsanleitung



Die Arbeitsstation (5) aus Pappe sollte aufgeteilt werden.



Entsorgung:

Bei Einzeltests sind die benutzten Testmaterialien Zuhause in einem stabilen, reißfesten und verschlossenen Müllbeutel im Restmüllbehälter zu entsorgen. Bei (ausnahmsweisen) Gruppentestungen in der RUB in verschlossenen reißfesten und dickwandigen Müllsäcken in den Restmüllbehältern vor dem MA-Gebäude zu entsorgen.